

## EQUIPO ANALIZADOR DE LECHE

### LACTOSCAN SLP 60

Parametro	Rango de Medicion	Exactitud
Grasa Butirica	0,01- 25%	±0,1%
Solidos no Grasos	3% - 15%	±0,15%
Densidad	1015 - 1160 kg/m <sup>3</sup>	±0,3kg/m <sup>3</sup>
Proteina	2% - 7%	±0,15%
Lactosa	0,01% - 6%	±0,2%
Agua Adisionada	0% - 70%	±3
Temperatura de la Muestra	1°C - 40 °C	±1%
Punto Crioscopico	-0,4°C — -0,7°C	±0,001%
Sales	0,4% - 1.5%	±0,05%

Incluye conexiones para computadora y solución de limpieza diaria y semanal.

**Lactoscan SLP**



Av. Independencia No. 115 local-13 Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos, Jesús María. Aguascalientes C.P 20908



(0052) 4491581616 / 4492413719

[www.gandolfo.com.mx](http://www.gandolfo.com.mx)